

2019

ИЧВ.Н 002/44#.

РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе»

Аттестат аккредитации № RA.RU.311494

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 2203851/4123/1

Действительно до 18 февраля 2019 г.

Средство измерений Динамометр эталонный переносной ДОСМ-3-0,5У, 11157-08*наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений**(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков,**то приводится их перечень и заводские номера)*

086885725

*серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*заводской номер (номера) 4 с индикатором №06698

поверено

в соответствии с описанием типа*наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений
(если предусмотрено методикой поверки)*

поверено в соответствии с

ГОСТ 8.287-78 «ГСИ. Динамометры переносные 3-го*наименование документа, на основании которого выполнена поверка
разряда. Методы и средства поверки»*

с применением эталонов:

Машина силоизмерительная ДО-2-5 №117*наименование, тип, заводской номер,*(№3.1.ZВЯ.0425.2015) разряд 1, ПГ ±0,02%*регистрационный номер (при наличии), разряд, класс и ли погрешность эталона, применяемого при поверке*

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха 21 °С,*приводится перечень влияющих*ΔТ 0,1 °С*факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Начальник лаборатории

*Должность руководителя подразделения**подпись*Устюгов В. В.*инициалы, фамилия*

Поверитель

*подпись*Исмагилов Р. Ф.*инициалы, фамилия*

Дата поверки

19 февраля 2018 г.