

ЦЧВ № 003

РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе»
Аттестат аккредитации № RA.RU.311494

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 169

Действительно до **28 января 2019 г.**

Средство измерений **Мегаомметр цифровой АМ-2002, 21410-01**

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав средства измерения входят несколько автономных измерительных блоков,

то приводится их перечень и заводские номера)

090333288

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **0008**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **раздел 5 «Поверка прибора» («Мегаомметр цифровой**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

АМ-2002. Руководство по эксплуатации»), согласованна с ГЦИ СИ

«Ростест-Москва» в марте 2001 г.

с применением эталонов: **Магазин сопротивления Р4831 №02605 (3.1.ЗВЯ.0994.2015)**

наименование, тип, заводской номер,

ПГ согласно ТО; Магазин сопротивления Р40108 №2309 (3.1.ЗВЯ.0381.2015) ПГ

регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

согласно ТО; Мультиметр В7-64 №013507 ПГ согласно ТО;


при следующих значениях влияющих факторов: **Температура 21,6 °С,**

приводится перечень влияющих

относительная влажность 45,6 %, атмосферное давление 758 мм рт. ст.

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки 

Начальник отдела
Должность руководителя подразделения


подпись

Е. В. Демченко
инициалы, фамилия

Поверитель


подпись

Н. А. Чистяков
инициалы, фамилия

Дата поверки
29 января 2018 г.